

## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás  
(hirdetményel induló) - EKR001757132021

### E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **UHPLC beszerzése**  
tárgya:

Ajánlatkérő **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**  
neve:

## I. szakasz: Ajánlatkérő

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nemzeti azonosítószám	15789934251				
Postai cím:	Széchenyi Utca 2						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	1054	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kopcsányi	Tibor					
E-mail:	ki.kozb@nav.gov.hu	Telefon:	+36 14125603	Fax:	+36 14125819		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.nav.gov.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.nav.gov.hu						

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	26087937241				
Postai cím:	Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1026	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Bozsó	Virág					
E-mail:	bozso@witzrt.hu	Telefon:	+36 17888931	Fax:	+36 17896943		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.witzrt.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.witzrt.hu						

## II.szakasz: Tárgy

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

##### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

UHPLC beszerzése

#### II.2) A beszerzés mennyisége

##### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Mennyiség: 1 db UHPLC rendszer (pumpa, gázmentesítő, automata mintaadagoló, törésmutató detektor, termosztálható kolonnatartó) adatfeldolgozó-adatkiértékelő egységgel.

Alkalmazási terület: különböző szerves vegyületek keverékének elválasztása, detektálása és kvalitatív és kvantitatív analízise.

Az alábbi specifikáció teljesítendő minimumként értendő:

- Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50 Hz
- A készülék rendelkezzen CE minősítéssel.
- Használatra kész, teljesen felszerelt egységes rendszer.
- A rendszer legyen moduláris felépítésű, amely tartalmaz gázmentesítő egységet, pumpát, automata mintaváltót, termosztálható kolonna tartót és egy törésmutató detektort.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a betanítás az üzemeltetés helyszínén az üzembe helyezést követően 3 alkalommal, 3 fő részére, naponta 8 óra terjedelemben, összesen 24 óra időtartamban.

A betanítás és a jótállás ideje alatti szerviz során a nyertes ajánlattevő részéről magyarul beszélő kapcsolattartó személy biztosítása kötelező.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

##### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

A Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet szerinti eljárás

##### IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

##### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

##### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.2) Adminisztratív információk

##### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

EKR001757132021

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: .....

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: .....

10

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:**

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V.szakasz: Az eljárás eredménye

### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: .....

1

Az eljárás eredményes volt: .....

Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: .....

2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Waters Kromatográfias Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1031 Budapest, Záhony Utca 7.

10961872241

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő az alkalmasságát a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelő módon igazolta.

Az ajánlat Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 24 035 000

2. RI detektor cellatérfogata (mikroliter): 1,3

3. Rendelkezik elektronikusan vezérelt aktív szeleppel (Check Valve) ami vezérli a szelep nyitás zárást a pumpa működésekor (igen/nem): Igen

4. A készülék pumpája rendelkezik automatikus (felhasználói beavatkozás nélkül) folyadék-összenyomhatósági kompenzáció ellenőrzési funkcióval (igen/nem): Igen

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlattevő neve: .....

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Waters Kromatográfias Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

10000

Szöveges értékelés: .....

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**

0

100

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

1. szempont (ár) fordított arányosítás, 2-4. szempont (minőségi szempontok) a pontkiosztás módszere.

1. a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet.

2. szempont: Amennyiben a cellatérfogat 2 mikroliter vagy 2 mikroliternél kisebb, az ajánlatra az ajánlatkérő 100 pontot ad. Amennyiben a cellatérfogat 2 mikroliternél nagyobb, de maximum 9 mikroliter, az ajánlatra az ajánlatkérő 0 pontot ad. Amennyiben a cellatérfogat mértéke a 9 mikrolitert meghaladja (annál nagyobb), az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
3. szempont: Amennyiben a megajánlott készülék rendelkezik elektronikusan vezérelt aktív szeleppel, az ajánlattevőnek az „igen” szót kell feltüntetnie a felolvasólap „Rendelkezik elektronikusan vezérelt aktív szeleppel (Check Valve) ami vezérli a szelep nyitás zárást a pumpa működésekor (igen/nem)” rovatában. Ebben az esetben az ajánlatra az ajánlatkérő 100 pontot ad. Ellenkező esetben 0 pont.
4. szempont: Amennyiben a megajánlott készülék pumpája rendelkezik automatikus (felhasználói beavatkozás nélkül) folyadék-összenyomhatósági kompenzáció ellenőrzési funkcióval, az ajánlattevőnek az „igen” szót kell feltüntetnie a felolvasólap „A készülék pumpája rendelkezik automatikus (felhasználói beavatkozás nélkül) folyadék-összenyomhatósági kompenzáció ellenőrzési funkcióval (igen/nem)” rovatában. Ebben az esetben az ajánlatra az ajánlatkérő 100 pontot ad. ellenkező esetben 0 pont.

**V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)**

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

**V.2.7) A nyertes ajánlattevő**

**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Waters Kromatográfias Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1031 Budapest, Záhony Utca 7. 10961872241

Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (HUF): 24 035 000

Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot, az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, továbbá vele szemben nem állnak fenn az előírt kizáró okok.

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

Nem

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.	11802428243

Érvénytelenítés jogcíme:

- Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

1. Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9) pont 17. alpontjában - többek között - az alábbiakat írta elő: „Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékre (készülékre) vonatkozó műszaki megfelelőségi táblázatot, amelyben az ajánlattevőnek ismertetnie kell a termék műszaki jellemzőit.”

Ajánlatkérő a kromatográfias pumpa tekintetében az alábbiakat írta elő:

Követelmények: többféle program szerint változó mozgófázis összetétel (például konkáv, vagy konvex görbe szerint programozható gradiens elúció)

Követelménynek való megfelelés IGEN/NEM (Aláhúzendó.)

Megajánlott jellemző az adott minimális követelmény vonatkozásában (A pontozott részekre kérjük a pontos értékeket megadni.)

Az ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a műszaki megfelelőségi táblázatot, amely a kromatográfiás pumpa tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

Követelménynek való megfelelés: IGEN

Megajánlott jellemző az adott minimális követelmény vonatkozásában: Felhasználó által, tetszés szerint választható gradiens elúció.

Az ajánlattevő tehát nem adta meg, hogy milyen programok alapján adható meg a gradiens elúció.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy hiánypótlásban szíveskedjen benyújtani a műszaki megfelelőségi táblázatot olyan javított tartalommal, amelyben megadja, hogy az általa megajánlott termék esetében milyen programok alapján adható meg a gradiens elúció a kromatográfiás pumpa tekintetében (például konkáv, vagy konvex görbe szerint).

Az ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, ennek okán az eredeti ajánlatát vette figyelembe a Bírálóbizottság a bírálat során a Kbt. 71. § (10) bekezdésére tekintettel.

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket, ugyanis az ajánlattevő nem adta meg, hogy az általa megajánlott termék esetében milyen programok alapján adható meg a gradiens elúció a kromatográfiás pumpa tekintetében.

2. Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9) pont 17. alpontjában – többek között – az alábbiakat írta elő:

„Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékre (készülékre) vonatkozó műszaki megfelelőségi táblázatot, amelyben az ajánlattevőnek ismertetnie kell a termék műszaki jellemzőit.

A műszaki megfelelőségi táblázat tartalmának alátámasztása érdekében a főbb műszaki paramétereket tartalmazó saját céges prospektus, vagy termékadatlap (termékleírás) is benyújtandó.”

Az ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a műszaki megfelelőségi táblázatot, amely az UHPLC rendszer tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

2. Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9) pont 17. alpontjában – többek között – az alábbiakat írta elő:

„Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott termékre (készülékre) vonatkozó műszaki megfelelőségi táblázatot, amelyben az ajánlattevőnek ismertetnie kell a termék műszaki jellemzőit.

A műszaki megfelelőségi táblázat tartalmának alátámasztása érdekében a főbb műszaki paramétereket tartalmazó saját céges prospektus, vagy termékadatlap (termékleírás) is benyújtandó.”

Az ajánlattevő az ajánlatában benyújtotta a műszaki megfelelőségi táblázatot, amely az UHPLC rendszer tekintetében az alábbiakat tartalmazza:

Követelmények: pH túrés 1-9 vagy szélesebb tartományban, amely magában foglalja a 1-9 tartományt (pl. 1-10 tartomány megfelelő, 2-10 tartomány nem megfelelő, 2-8 tartomány nem megfelelő)

Követelménynek való megfelelés: IGEN

Megajánlott jellemző az adott minimális követelmény vonatkozásában: pH túrés: 1-12,5

Az ajánlattevő ajánlatában benyújtotta az általa megajánlott termékre vonatkozó prospektust is, amely azt tartalmazza, hogy a javasolt pH tartomány 1.0 -12.5, ugyanakkor tartalmazza az alábbi kitéltet is:

„2.3 kisebb pH-jú oldószer esetén nem tartalmazhat savat, mert megtámadja a rozsdamentes részeket”.

Folytatás a VI.1.10) pontban.

## V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

# VI.szakasz: Kiegészítő információk

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

2022.04.08

Lejárata:

2022.04.19

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.04.08

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.04.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az V.2.12) pont folytatása:

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy felvilágosításban szíveskedjen tisztázni, hogy az általa megajánlott termék a pH tűrés tekintetében a prospektusban tett kitételrel miként felel meg Ajánlatkérő előírásának.

Az ajánlattevő felvilágosítás adási kötelezettségének nem tett eleget, ennek okán az eredeti ajánlatát vette figyelembe a Bírálóbizottság a bírálat során a Kbt. 71. § (10) bekezdésére tekintettel.

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket, ugyanis az ajánlattevő nem adta meg, hogy az általa megajánlott termék a pH tűrés tekintetében a prospektusban tett kitételrel miként felel meg Ajánlatkérő előírásának.

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)